



Łódź, dnia 23.07.2021 r.

Zamawiający:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Miejscowość: 91-415 Łódź

Adres: plac Wolności 14

Znak sprawy: DZS.271.5.2021

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania pn. **Zakup urządzeń do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap II”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień (dotyczy II części zamówienia):

Pytanie 1

Czy Zamawiający jest zainteresowany analizami jakościowymi? Jeśli tak to jakich materiałów powinny dotyczyć kalibracje uwzględnione w konfiguracji przenośnego spektrometru?

Odpowiedź

Zamawiający jest zainteresowany analizami jakościowymi i ilościowymi. Kalibracje powinny dotyczyć przede wszystkim użytkowych metali jednak z możliwością identyfikacji szerokiego zakresu pierwiastków.

Pytanie 2

Czy Zamawiający jest zainteresowany analizą półilościową? Jeśli tak to czy wymagane jest dodatkowe oprogramowanie umożliwiające bayesowską dekonwolucję widma promieniowania rentgenowskiego?

Odpowiedź

Zamawiający jest zainteresowany analizą półilościową i umożliwiającym ją oprogramowaniem.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji z 14 do 30 dni?

Uzasadnienie: W przypadku wystąpienia awarii wymagającej kalibrowania spektrometru poza Polską naprawa może ulec wydłużeniu do 30 dni.



MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY IN ŁÓDŹ

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji z 14 do 30 dni.