



Łódź, dnia 23.07.2021 r.

Zamawiający:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Miejscowość: 91-415 Łódź

Adres: plac Wolności 14

Znak sprawy: DZS.271.5.2021

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania **pn. Zakup urządzeń do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap II”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień (dotyczy II części zamówienia):

Pytanie 1

Czy Zamawiający może określić jakiego rodzaju materiały będą przedmiotem analiz spektrometrem rentgenowskim?

Czy będą to metale i ich stopy, czy materiały niemetaliczne jak na przykład ceramika?

Odpowiedź

Analizom poddawane będą materiały bardzo różnorodne, z takich bowiem wykonane są zabytki archeologiczne, numizmaty, oraz zabytki etnograficzne; czyli wszelkiego rodzaju, cała gama tworzyw i materiałów; w większości jednak metale i stopy.

Zamawiający przewiduje także analizy próbek geologicznych w ramach współpracy badawczej z UŁ.