



Łódź, dnia 26.07.2021 r.

Zamawiający:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Miejscowość: 91-415 Łódź

Adres: plac Wolności 14

Znak sprawy: DZS.271.5.2021

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania **pn. Zakup urządzeń do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap II”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień (dotyczy III i II części zamówienia):

Pytanie 1

ile laserowych okularów ochronnych o wysokiej widoczności?

Odpowiedź

2 sztuki okularów.

Pytanie 2

Jakie warunki dostawy (Incoterms) są wymagane? Zwykle używamy DAP (Delivered at Place), który obejmuje dostawę do muzeum, ale bez cła/podatków, które mogą być należne.

Odpowiedź

Termin realizacji dostawy to: do dnia 10 grudnia 2021 r.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://maie.ezamawiajacy.pl>.

Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ oraz załącznikach.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

Pytanie 3

Czy dopuszczą Państwo spektrometr z oknem Kaptonowym lub Prolenowym zamiast grafenowego? Zmiana ta nie będzie miała wpływu na jakość pracy oraz na dokładność otrzymanych pomiarów.



MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY IN ŁÓDŹ

Odpowiedź

Nie, Zamawiający oczekuje, że spektrometr będzie miał okno grafenowe.